

**Питање број 2:**

Да ли у партији 2 – Лабораторијски потрошни материјал за ставку 2.6. можемо понудити величину епрувете 9x120?

**Одговор:**

Поштовани, димензија епрувете 9x120 је такође одговарајућа за апарат који користи поменуте епрувете, те ће и епрувете ових димензија бити прихваћене од стране Наручиоца, под условом да одговара запремини од 1,6 мл.

**Комисија за јавну набавку ЈНМВ 10/16**